

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż do tutejszego organu wpłynęło wystąpienie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, powodem którego jest pismo nr: ON.HK-4290-51-03/17 jakie skierował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie do gabinetów stomatologicznych funkcjonujących na terenie powiatu konińskiego o konieczności wykonywania badań „wody z dentystycznych urządzeń unitu”.

Jest to nadinterpretacja przekazanych pismem nr: DN-HK.903.74.2016 z dnia 25.11.2016 r. przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego „Zaleceń dla stomatologów dotyczących jakości wody przepływającej przez unity stomatologiczne”. Powyższy materiał miał być przekazywany podmiotom podczas prowadzonych kontroli stanu sanitarno-technicznego gabinetów stomatologicznych (w formie załącznika do protokołu z kontroli) jako wytyczne. Nie ma podstaw prawnych aby nakładać na w/w podmioty obowiązku badania jakości wody w unitach dentystycznych.

Wielkopolska Izba Lekarska w piśmie zwraca uwagę, iż Ustawa z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm) i rozporządzenie wykonawcze do art. 13 ust. 2 ustawy nakłada na prowadzących podmioty lecznicze i praktyki zawodowe obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

W ramach tego obowiązku prowadzący gabinety opracowują procedury służące eliminacji ryzyka zakażeń, wdrażają je i monitorują ich skuteczność. Systematyczne prowadzenie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń dokumentują w postaci okresowej kontroli wewnętrznej

Ponadto, zgodnie z pozyskaną opinią prawną, zarówno przepis, na który powołuje się w piśmie PPIS w Koninie, jak również prawo PIS do opracowywania i przekazywania do realizacji przez podmioty lecznicze planów i programów działalności zapobiegawczej, nie dają podstawy do zobligowania gabinetów lekarskich do wykonywania płatnych badań wody.

Woda używana w gabinetach stomatologicznych nie podlega też regulacjom ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 poz. 328).

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w wystąpieniu promowanie coraz wyższego standardu higieny w procesie leczenia jest złożonym procesem, i jednokrotne w roku badanie wody nie podniesie tego standardu. Urząd publiczny nie powinien uciekać się do „zawiadomień” o obowiązkach, gdyż jest to w powszechnym odbiorze forma próby uzyskiwania przez organy publiczne dominującej pozycji nad obywatelem.

W związku z powyższym Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny raz jeszcze przypomina, iż publikację „Zalecenia dla stomatologów dotyczące jakości wody przepływającej przez unity stomatologiczne” nie należy traktować jako nakazu stosowania przez właścicieli gabinetów stomatologicznych, lecz jako materiał. edukacyjny