NACZELNA IZBA LEKARSKA

WICEPREZES
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
Andrzej Cisło

NRL/KS/7/230/2019 Warszawa, 7 lutego 2019 r.

Sz. P.
Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

ul. Targowa 65
03-729 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi w sprawie nowelizacji przepisów ustawy – Prawo atomowe, oraz zbliżającymi się pracami nad rozporządzeniami wykonawczymi do nowelizowanej ustawy, zwracam się z prośbą o uwzględnienie poniższych postulatów samorządu lekarskiego, w nowym stanie prawnym.

Postulat 1: w sprawie *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności*

Składając wniosek o wydanie zezwolenia, wnioskodawca powinien według naszej propozycji dołączać do wniosku:

1) dokument zawierający:

a) przewidywany termin rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku, a jeżeli działalność ma być prowadzona przez czas oznaczony – także okres prowadzenia działalności,

b) proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności, związane z działalnością wskazaną we wniosku,

c) określenie komórki jednostki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio prowadzić działalność objętą zezwoleniem,

d) określenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia jednostki

Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
tel. 22 559-13-22
e-mail: stomatologia@hipokrates.org

organizacyjnej, wraz z informacją dotyczącą posiadanego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania,

2. zakładowy plan postępowania awaryjnego
3. Dokumentację techniczną aparatu.
4. Instrukcję obsługi aparatu.
5. Dokument potwierdzający spełnienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego.

   Dokument ten powinien zawierać informację o wartości promieniowania ubocznego (podstawa § 31 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi /Dz.U.2006 nr 180 poz. 1325)
6. Dokumentację projektową.

   Dokumentacja powinna zawierać:

   a) rzuty pomieszczeń wraz z opisem osłon stałych

   b) opis wentylacji
7. Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów.

Postulat 2: zawartość dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 6 wyżej zamieszczonego wyliczenia.

Zawartość dokumentacji reguluje *rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U.2006 nr 180 poz. 1325).* Dokumentacja ta powinna więc być zgodna z § 22 pkt.1 ppkt 2 tego rozporządzenia.

Rozporządzenie to wydane jest na podstawie art. 46 ustawy Prawo atomowe, który to przepis nie jest zmieniany projektowaną ustawą nowelizującą, wobec czego przyjąć należy, że zachowa on moc po wejściu w życie nowelizacji. Tymczasem, właśnie § 22 tego rozporządzenia , który precyzuje zawartość dokumentacji projektowej zawiera zapis rodzący wiele nieporozumień na tle istnienia obowiązku wstępnego zatwierdzania przez Państwową Inspekcję Sanitarną projektu osłon stałych.

„§ 22.

1. W pracowni rentgenowskiej znajdują się w oryginale lub uwierzytelnionych odpisach:

1) [...]

2) projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji, zatwierdzonym przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej;"

Inspekcja Sanitarna wydaje zezwolenie na rozpoczęcie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące i takie zezwolenie oznacza, że prowadzone uprzednio

postępowanie dowiodło odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. Nie ma więc żadnego powodu, aby w trakcie postępowania dokonywana była dodatkowa czynność zatwierdzania jakiejkolwiek części dokumentacji.

Wnosimy więc tym samym o inicjatywę GIS, zmierzającą do zmiany tego przepisu, polegającą na wykreśleniu wymogu wstępnego zatwierdzania poszczególnych części dokumentacji projektowej

W pkt.6 ppkt.a) sugerujemy zawarcie w przepisie sformułowania „wraz z opisem osłon stałych", z uwagi na nieobowiązującą w Polsce normą PN-86/J-80001 „*Materiały i sprzęt ochrony przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych*". Przedłożone pomiary dozymetryczne w środowisku pracy wykonane powinny być zgodnie z *rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych i (Dz. U. 2007 r., nr 131, poz. 910).*

Postulat 3: zmiana wynikająca z wprowadzenia do znowelizowanej ustawy pojęcia „medycznej pracowni rentgenowskiej" .

W art.1 pkt. 4 projektu ustawy nowelizującej zawarta jest zmiana w art.5 ust.4 ustawy. Zgodnie z nowym zapisem, w przypadku dość szerokiego spektrum działalności związanego z instalacją aparatów do celów: rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych dopuszczać się będzie wydanie zezwolenia na ww. działalność „poza medyczną pracownią rentgenowską".

Warto, co postulujemy, rozważyć wykorzystanie tego przepisu i wyłączenie niektórych aparatów rtg spod definicji medycznej pracowni rentgenowskiej.

Wyłączenie takie powinno być zastosowane w szczególności wobec aparatów rtg stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych instalowanych w gabinetach stomatologicznych dla przypadków potwierdzających występowanie dawki poniżej 0,5mSv/rok lub 0,1 mSv/rok w obrębie gabinetu stomatologicznego.

Poza wymienionymi gabinetami stomatologicznymi, wyłączenie to powinno dotyczyć: ambulansu rtg, gabinetów wykonujących densytometrię, a w warunkach szpitalnych: blok operacyjny, rtg na sali chorych, SOR i OIOM.

Z poważaniem,

WICEPREZES
Naczelnej Izby Lekarskiej
lek. dent. Andrzej Cisło

Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
tel. 22 559-13-30, fax 22 559-13-30
e-mail: prezes@hipokrates.org