

Wnioski (przykład)

z analizy zagrożeń wynikający z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

(podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 maja 2021 DzU z 2021r, poz. 1059).

Kwalifikacja zagrożenia jednostki organizacyjnej

(nazwa)

III kategoria (zgodnie z zał. Nr 5 ustawy Prawo atomowe)

- a) Na terenie jednostki organizacyjnej możliwe jest zdarzenie radiacyjne, powodujące zagrożenie, którego skutki nie przekroczą granic jej terenu.
- b) Prowadzona działalność związana z wykorzystaniem aparatów rtg nie stworzy zagrożenia dla ludzi i środowiska po wyłączeniu zasilania lampy rentgenowskiej. **Zagrożenie chwilowe** ograniczone na czas propagacji promieniowania.
- c) Aparaty rtg nie stwarzają zagrożenia związanego z wystąpieniem skażeń promieniotwórczych; zagrożenie skażeniami - **nieprawdopodobne**.
- d) Niekontrolowane narażenie pracowników lub osób postronnych – **mało prawdopodobne**.
- e) Utrata kontroli nad źródłem promieniowania jonizującego – **mało prawdopodobne**.
- f) Niekorzystne zdarzenie o charakterze nieradiacyjnym wpływające na możliwość wystąpienia zdarzeń radiacyjnych – **nieprawdopodobne**.
- g) Prowadzona działalność z promieniowaniem jonizującym **nie stwarza zagrożenia publicznego o zasięgu wojewódzkim**.

.....

Podpis Kierownika jednostki organizacyjnej